



(別紙)

登録に係る区分：質量

法律に基づく初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 26 年 9 月 11 日

校正手法の区分の呼称 [登録年月日]：分銅等 [平成 26 年 9 月 11 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %) (協定質量の校正)
分銅等	分銅	20 kg	33 mg
		10 kg	15 mg
		5 kg	8.8 mg
		2 kg	3.0 mg
		1 kg	1.4 mg
		500 g	1.1 mg
		200 g	0.34 mg
		100 g	0.12 mg
		50 g	0.11 mg
		20 g	0.091 mg
		10 g	0.071 mg
		5 g	0.054 mg
		2 g	0.043 mg
		1 g	0.035 mg
		500 mg	0.028 mg
		200 mg	0.021 mg
		100 mg	0.018 mg
		50 mg	0.014 mg
		20 mg	0.009 8 mg
		10 mg	0.008 8 mg
		5 mg	0.006 7 mg
	2 mg	0.005 7 mg	
	1 mg	0.004 7 mg	
	おもり	10 kg 超 20 kg 未満	35 mg
		5 kg 超 10 kg 未満	19 mg
		2 kg 超 5 kg 未満	8.0 mg
		1 kg 超 2 kg 未満	3.2 mg
		500 g 超 1 kg 未満	2.0 mg
		200 g 超 500 g 未満	1.6 mg
		100 g 超 200 g 未満	0.45 mg
		50 g 超 100 g 未満	0.35 mg
		20 g 超 50 g 未満	0.29 mg
		10 g 超 20 g 未満	0.22 mg
5 g 超 10 g 未満		0.18 mg	
2 g 超 5 g 未満		0.14 mg	
1 g 超 2 g 未満	0.11 mg		

登録の有効期限は、登録年月日から 4 年後です。

2015/02/24 JCSS0316 1/2





校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %) (協定質量の校正)
分銅等	おもり	500 mg 超 1 g 未満	0.083 mg
		200 mg 超 500 mg 未満	0.065 mg
		100 mg 超 200 mg 未満	0.052 mg
		50 mg 超 100 mg 未満	0.040 mg
		20 mg 超 50 mg 未満	0.033 mg
		10 mg 超 20 mg 未満	0.027 mg
		5 mg 超 10 mg 未満	0.019 mg
		2 mg 超 5 mg 未満	0.013 mg
		1 mg 超 2 mg 未満	0.008 2 mg